

檢驗項目：Thrombin Time，T.T. 凝血酶時間

健保編號：080251

院內檢驗 委外代檢 大安聯合檢驗所

檢體採檢：血漿 1.0 mL，冷凍。檢體應在採集後一小時內離心，取出血漿後冷凍。

採檢容器：藍頭管 3.2% Sodium citrate 1：9 全血

報告時效：一般件：14 天 急件：無

參考區間：14.0-21.0 seconds

危險值：無

臨床意義：

血液外因性凝血因子異常，纖維蛋白原異常症，於肝功能障礙、尿毒症、新生兒腦內出血等也會延長

補單、複檢時效：無

影響檢驗結果的原因：參閱注意事項

是否需患簽署同意書：否

注意事項：

採檢後，請 180 度輕微搖晃 8~10 次，以利抗凝劑混合均勻

藍頭管，1:9 citrate plasma(buffered 3.2% Sodium citrate)，採檢後倒轉試管混合 10 次，立即離心，分離血漿到空白管至少 2 mL 以上，立即冷凍，冷凍送檢。病人必需在兩週內沒有服用 warfarin(Coumadin)或兩天內未注射 heparin。

為減少誤差需依採血瓶規格採血至要求量，離心條件 3000rpm 15 分鐘以上。血液凝固相關的檢查，都應先假設受檢者有血液凝固的障礙，所以抽完血後請受檢者在抽血點至少加壓 5 分鐘以上，以避免受檢者血流不止的危險。因反覆冷凍解凍會影響檢體活性，不建議原管複驗。

若病人需由靜脈留置針採血，為避免檢體受到 Heparin 或被稀釋的干擾，管路應先用 5 mL 生理食鹽水沖洗，並丟棄前 5 mL 或 6 倍管路容積的血量，再以藍頭採血管(Na citrate)採集所需的血量，以防止上述干擾狀況的發生。